SESAH1W227005394 (6845)

LIBRETTO METROLOGICO DELL'ETILOMETRO

SAF'IR EVOLUTION

Decreto Ministeriale 22.5.1990, n° 196



ACS
ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS

ETILOMETRO MOD. SAF'IR EVOLUTION



Costruttore

Alcohol Countermeasure Systems Corp

60 International Boulevard
Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA

T +1 416 619 3500
F +1 416 619 3501

info@acs-corp.com
acs-corp.com

Mandatario

RECOM INDUSTRIALE s.r.l.
Via Pietro Chiesa, 25r. - 16149
Genova, ITALIA

T +39 010 469 5661 + 39 010 469 5325
F +39 010 642 4205

www.recomindustriale.com
info@recomind.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER ETILOMETRO DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara ai sensi dell'art. 186 comma 4 del C.d. S. e l'art. 379 del Regolamento di attuazione del C.d.S. e del D.M. 22 maggio 1990 n. 196 che l'etilometro sotto indicato è conforme in tutte le sue parti, al tipo omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi con certificato.

OM00001et/17EST001 del 06 /05/2020

MARCA: ..... **ACS** .....

TIPO: ..... **SAF'IR EVOLUTION** .....

MATRICOLA: SESAH1IX2270053394

DICHIARAZIONE N. : 01411

DATA: 29/08/2023

Firma : .....

RECOM INDUSTRIALE S.r.l.
Laura Repetto

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi
Via di Settebagni n° 338 - Tel. 06 87288-299/298/287/278
00138 ROMA

Verifica: ~~Primitiva~~ / Periodica (*)

Laboratorio : .....

Data : 18 GIU 2026

ACS Saf'IR Evolution SESAH1W227005394 (1007)

Gas di alcool etilico (mg/L)	Valore effettivo banco [mg/l] [g/l]	Esito della verifica. 1,5 l in 5 s	3 l in 5 s	4,5 l in 5 s	3 l in 15 s 6 s palier	3 l in 5 s 1,5 s palier
0,000	0,000 *0,000*		B			
0,200	0,200 *0,460*		B			
0,350	0,350 *0,805*		B			
0,400	0,400 *0,920*					
0,700	0,700 *1,610*		B			
0,950						
1,500	1,500 *3,450*		B			
2,500		PERIODICA DOPO RIP. 18.06.2026 BANCO 042				

Riempire le caselle interessate { con B per i risultati esatti
con E per i risultati che superano l'errore massimo tollerato

RISULTATO DEL CONTROLLO: ACCETTATO / RESPINTO (*)

(*) Cancellare l'indicazione inutile

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Antonio Sacco

Firma del responsabile del laboratorio :

Imposta di bollo assolto mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 30.12.1982 N. 955