ARLL - 0087 (5204)

COMUNE BOLZANO

LIBRETTO METROLOGICO DELL'ETILOMETRO

Dräger Safety Italia

ALCOTEST 9510 IT



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CENTRO SUPERIORE RICERCHE E PROVE AUTOVEICOLI E DISPOSITIVI

DECRETO MINISTERIALE 22.5.1990, n° 196

Rev.00

Dräger Safety Italia

ALCOTEST 9510 IT



Dräger

Draeger Safety Italia SpA: 20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7
Tel. 02-45872.1 - Fax 02-48602464

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER L'ETILOMETRO DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara ai sensi dell'art. 186 comma 4 del Codice della Strada, dell'art. 379 del Regolamento di attuazione e del D.M. 22 maggio 1990, n° 196 che l'etilometro sotto indicato è conforme in tutte le sue parti, al tipo omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti la navigazione, gli affari generali ed il personale - CENTRO SUPERIORE RICERCHE PROVE AUTOVEICOLI E DISPOSITIVI con certificato n.

OM00002/et/18 del **08.10.2018**

Tipo: **ALCOTEST 9510 IT**

N° di serie: ARLL-0087

Dichiarazione n°: 35545

Data: 8-3-2019

A FAR DATA DAL 06/08/2025

L'ETILOMETRO È CONFORME ALL'OMOLOGAZIONE N. OM00002/et/18EST001 del 07/03/2024 come da scheda riportata nella sezione "RIPARAZIONI" del presente libretto.

(Firma)

(1)

(1) depositata presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

VERIFICA: ~~PRIMITIVA~~ / **PERIODICA** (*)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi
Via di Settebagni n° 333 - Tel. 06 87288-299/298/287/278
00138 ROMA

LABORATORIO:

DATA: 22 APR 2026

DRÄGER Alcotest 9510 ARLL 0087 (833)

gas di alcool etilico (mg/l)	Valore effettivo banco [mg/l] *[g/l]*	Esito della verifica. 1,5 l in 5 s	3 l in 5 s	4,5 l in 5 s	3 l in 15 s 6 s palier	3 l in 5 s 1,5 s palier
0,000	0,000 *0,000*		B			
0,200	0,200 *0,460*		B			
0,350	0,350 *0,805*		B			
0,400	0,400 *0,920*					
0,700	0,700 *1,610*		B			
0,950						
1,500	1,500 *3,450*		B			
2,500		PERIODICA DOPO RIP. 22.04.2026 BANCO 038				

riempire le caselle interessate { con B per i risultati esatti
con E per i risultati che superano l'errore massimo tollerato

AGGIORNAMENTO PARAMETRI STANDARD: SI/~~NO~~ (*)

RISULTATO DEL CONTROLLO: ACCETTATO/~~RESPINTO~~ (*)

(*) Cancellare l'indicazione inutile

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 30.12.1982 N. 955

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Antonio Sacco

(firma del responsabile del laboratorio)