ARDB 0011 (4533)
COMUNE DI
BOLZANO

LIBRETTO METROLOGICO DELL'ETILOMETRO

Dräger Safety

ALCOTEST 7110 MKIII

DECRETO MINISTERIALE 22.5.1990, n° 196

Dräger Safety

ALCOTEST 7110/MKIII



Dräger

Draeger Safety Italia SpA: 20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7
Tel. 02-48610900 - Fax 02-48602464
Assistenza Tecnica: Tel. 02-48610900 (int. 917) - Fax 02-48602464

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER L'ETILOMETRO DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara ai sensi dell'art. 186 comma 4 del Codice della Strada, dell'art. 379 del Regolamento di attuazione e del D.M. 22 maggio 1990, n° 196 che l'etilometro sotto indicato è conforme in tutte le sue parti, al tipo omologato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento dei Trasporti Terrestri - CENTRO SUPERIORE RICERCHE PROVE AUTOVEICOLI E DISPOSITIVI con certificato

OM **00308Bet** del **10.11.1999**

Tipo: **ALCOTEST 7110 MKIII**

N° di serie: ARDB-0011

Dichiarazione n°:

Data:

(Firma)

(1)

(1) depositata presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione

VERIFICA: ~~PRIMITIVA~~ / **PERIODICA** (*)

LABORATORIO: CENTRO PROVE AUTOVEICOLI Via M. U. Traiano, 4C 20149 MILANO

DATA: 24 APR 2026

gas di alcool etilico (mg/l)	Valore banco [mg/l] [g/l]	Esito della verifica periodica 1,5l in 5s paller 3s	3l in 5s paller 3s	4,5l in 5s paller 3s	ARDB0011 3l in 5s paller 1,5s
0,000	0,000 0,000		B		
0,200	0,200 0,460		B		
0,350	0,349 0,804		B		
0,400					
0,700	0,700 1,610		B		
0,950					
1,500	1,499 3,448		B		
2,500	B=risultati esatti; E=risultati che superano l'errore max CPA Milano, coordinato col C.S.R.P.A.D. di Roma Milano 24/04/2026				K 891

riempire le caselle interessate { con B per i risultati esatti

con E per i risultati che superano l'errore massimo tollerato

RISULTATO DEL CONTROLLO: ACCETTATO/~~RESPINTO~~ (*)

(*) *Cancellare l'indicazione inutile*

Funz. Ing. Arch.
Ing. Luigi Rocchini

(firma del responsabile del laboratorio)