

SESAHX347006444 (7601)

LIBRETTO METROLOGICO DELL'ETILOMETRO

SAF'IR EVOLUTION

Decreto Ministeriale 22.5.1990, n° 196




ACS
ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS

LB-ITA-60-000342-G
© 2020

ACS
ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS

ETILOMETRO MOD. SAF'IR EVOLUTION



Costruttore

Alcohol Countermeasure Systems Corp

60 International Boulevard

Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA

T +1 416 619 3500

F +1 416 619 3501

info@acs-corp.com

acs-corp.com

Mandatario

RECOM INDUSTRIALE s.r.l.

Via Pietro Chiesa, 25r - 16149

Genova, ITALIA

T +39 010 469 5661 + 39 010 469 5325

F +39 010 642 4205

www.recomindustriale.com

info@recomind.com

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, SAF'IR e "The Molly" sono marchi commerciali di Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. e sono utilizzati sotto licenza. Alcohol Countermeasure Systems è il nome commerciale di Alcohol Countermeasure Systems Corp.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER ETILOMETRO DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara ai sensi dell'art. 186 comma 4 del C.d. S. e l'art. 379 del Regolamento di attuazione del C.d.S. e del D.M. 22 maggio 1990 n. 196 che l'etilometro sotto indicato è conforme in tutte le sue parti, al tipo omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi con certificato.

OM00001eV/17EST001 del 06 /05/2020

MARCA:

ACS

TIPO:

SAF'IR EVOLUTION

MATRICOLA:

SESAHIX347006444

DICHIARAZIONE N.:


02067

DATA:

13/04/2025

Firma:

RECOM
INDUSTRIALE S.p.A.
Laura Repetto



SESAHIX347006444

Verifica: Primitiva / **Regolatoria (*)**

Laboratorio:

Data: **20 MAG, 2025**

ACS Saf'IR Evolution SESA1X347006444 (1013)

Gas di alcool etilico (mg/L)	Valore effettivo bianco (mg/L)	Esito della verifica.		
		1,5 l in 5 s	3 l in 5 s	3 l in 15 s 6 s palier 1,5 s palier
0,000	0,000		B	
0,200	0,000		B	
0,350	0,200		B	
	0,460		B	
0,400	0,350	B	B	B
	0,805		B	B
0,700	0,400		B	
	0,920		B	
0,950	0,700		B	
	1,610		B	
1,500	1,500		B	
	3,450		B	
2,500				



Riempire le caselle interessate
 con B per i risultati esatti
 con E per i risultati che superano l'errore massimo tollerato

RISULTATO DEL CONTROLLO: ACCETTATO / ~~REBIBITO~~ (*)

(*) Cancellare l'indicazione inutile

IL DIRETTORE

Ing. Antonio Sacca



Firma del responsabile del laboratorio:

Imposta di bollo assolto mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 30.12.1982 N. 955

- 1) Proprietario
- 2) Proprietario
- 3) Proprietario