


80-004660 xck (4219)

Bolla no

# Libretto Metrologico dell' Etilometro

## LION INTOXILYZER 8000



D.L. 30 aprile 1992, n° 285 (art. 186) del C.d.S.,  
Reg del N.C.d.S. D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495  
(art. 379) e del D.M. 22 maggio 1990, n° 196.

RM80907 (Rev 1)

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER ETILOMETRO DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara ai sensi del D.L. 30 aprile 1992, n° 285 (art. 186) del C.d.S., Reg del N.C.d.S. D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (art. 379) e del D.M. 22 maggio 1990, n° 196, che l'etilometro sotto riportato è conforme, in tutte le sue parti, al tipo di etilometro omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi, con certificato:

OMO0 533EST001/et

del. 26/06/2009

Marca

LION LABORATORIES Ltd.

Tipo:

Lion INTOXILYZER 8000

N° di Serie:


80-004660

Dichiarazione n°:

062 EST 01

Data:

19/05/00



(firma)

(1)

(1) Depositata presso il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti



80 004660

VERIFICA: ~~PRIMITIVA~~/PERIODICA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI  
Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi  
Via di Scitebagni n° 333 - Tel. 06 87288-299/298/287/278  
00138 ROMA

LABORATORIO \_\_\_\_\_

DATA: 06 GIU. 2025

LION Intoxilyser 8000 80 004660 (773)

Gas di alcol etilico (mg/l)	Valore effettivo banco [mg/l] [g/l]	Esito della verifica.				
		1,5 l in 5 s	3 l in 5 s	4,5 l in 5 s	3 l in 15 s 6 s palier	3 l in 5 s 1,5 s palier
0,000	0,000 0,000		B			
0,200	0,200 0,460		B			
0,350	0,350 0,805		B			
0,400	0,400 0,920					
0,700	0,700 1,610		B			
0,950						
1,500	1,500 3,450		B			
2,500						

PERIODICA 06.06.2025 BANCO 042

Riempire le caselle interessate

con B per i risultati esatti

con E per i risultati che superano l'errore massimo tollerato

RISULTATO DEL CONTROLLO: ACCETTATO/~~RESINTO~~

(\*) Cancellare l'indicazione inutile

Imposta di bollo  
assolta mediante  
versamento in c/c  
postale ai sensi  
dell'art. 3 del D.P.R.  
30.12.1982 n. 955

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Antonio Sacco

(firma del responsabile del laboratorio)