

Dräger Italia ALCOTEST 9510 IT



Dräger

Draeger Italia SpA: 20094, Corsico (MI) - Via Galvani, 7
Tel. 02-45872.1 - Fax 02-48602464

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER L'ETILOMETRO
DI TIPO OMOLOGATO**

Si dichiara ai sensi dell'art. 186 comma 4 del Codice della Strada, dell'art. 379 del Regolamento di attuazione e del D.M. 22 maggio 1990, n° 196 che l'etilometro sotto indicato è conforme in tutte le sue parti, al tipo omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti la navigazione, gli affari generali ed il personale - CENTRO SUPERIORE RICERCHE PROVE AUTOVEICOLI E DISPOSITIVI con certificato n.

OM000002/et/18 del **08.10.2018**

Tipo: **ALCOTEST 9510 IT**

N° di serie: ARMH-0097

Dichiarazione n°: 35644

Data: 28/01/2021



[Handwritten Signature]
(Firma) (1)

VERIFICA: ~~PRIMITIVA~~ / PERIODICA (*)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
 Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi
 via di Settebagni n° 131 - Tel. 06.87288-299/298/28707

LABORATORIO:

00138 ROMA

DATA: 01 SET. 2025

DRÄGER Alcotest 9510 ARMH 0097 (819)

gas di alcool etilico (mg/l)	Valore effettivo banco [mg/l]	Esito della verifica.				
		1,5 l in 5 s	3 l in 5 s	4,5 l in 5 s	3 l in 15 s 6 s palier	3 l in 5 s 1,5 s palier
0,000	0,000		B			
0,200	0,000		B			
0,350	0,460		B			
0,400	0,805					
0,700	0,920					
0,950	0,700		B			
1,500	1,500					
2,500	3,450		B			

riempire le caselle interessate
 { con B per i risultati esatti
 con E per i risultati che superano l'errore massimo tollerato

AGGIORNAMENTO PARAMETRI STANDARD: SI/NO (*)

RISULTATO DEL CONTROLLO: ACCETTATO/RESPINTO (*)

Imposta di bollo
 Cancellare mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 30.12.1982 N. 955



(firma del responsabile del laboratorio)

VERIFICA: PRIMITIVA / PERIODICA (*)

LABORATORIO:

DATA:

gas di alcool etilico (mg/l)	valore effettivo banco (mg/l)	1,5 l in 5 s	3 l in 5 s	4,5 l in 5 s	3 l in 5 s	3 l in 5 s palier 1,5 s
0,000						
0,200						
0,350						
0,400						
0,700						
0,950						
1,500						
2,500						

riempire le caselle interessate
 { con B per i risultati esatti
 con E per i risultati che superano l'errore massimo tollerato

AGGIORNAMENTO PARAMETRI STANDARD: SI/NO (*)

RISULTATO DEL CONTROLLO: ACCETTATO/RESPINTO (*)

(*) Cancellare l'indicazione inutile

(firma del responsabile del laboratorio)